

イス「Care-111-DK」についての御願いとアンケート

御願い

イスのモニター使用はお尻にクッションが必要な方、姿勢が崩れやすい方にお願ひします。

座面には介護用クッション「カルファイバー」を使用しておりますので、出来ましたらクッションは使用しないでください。(必要に応じて使用してください。)

モニター期間	開始日	月	日	終了日	12月	8日
イスを使用した方の使用前の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・移動は主にW/C使用。覚醒レベル低く、日中は(椅子+除圧クッション(エリ)+体幹保持補助具+足台)使用にて要セッティング。姿勢崩れ(+)尾骨部のむらんをくり返している。 ・食事摂取時も傾眠著明もあり、ムセ込み(多) 					
イスを使用した方の使用後の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・使用開始後、除圧クッション使用せず ・尾骨部への圧力は減った。 					
その他、ご意見がありましたらお書き下さい	<ul style="list-style-type: none"> ・坐った時に安定感がある。 ・ヒップ掛けの復元力が足りない ・座高がもう少し高ければいい気がする。 ・クッションの硬さは良いが、座面に硬さは良い。幅の方がもう少し狭くて良いのではなから思っています。 ・座面の体圧分散は良いが、背もたれのタイポ(角度)にバリエーションがあると、体幹の支持性が高い人でも座らせやすくなると思います。肘掛けは前脚まであった方が、良いと思います。 					

姿勢は崩れにくかったですか？	はい	いいえ	何とも言えない	
クッションは使用しましたか？(期間中)	使用	半分使用	少し使用	使用せず
利用者様の反応はどうでしたか？	好んだ	嫌がる	どちらでもない	

施設名	担当者名
住所	

※ 出来ましたら、写真を撮って頂ければ有難いです。(個人が特定されないようにお願いします。)